


Alarme NO FOOD (PAS D'ALIMENT) – s'il est nécessaire de réamorcer la trousse d'administration de la pompe, il est recommandé de débrancher l'adaptateur entéral de la sonde d'alimentation du patient pendant l'amorçage.		
La poche ou la trousse d'administration de la pompe est-elle vide?	OUI ▶	Remplissez la poche, réamorcer la trousse d'administration et poursuivez le cycle d'alimentation.
▼ NON ▼		
Y a-t-il de l'air dans la tubulure?	OUI ▶	L'air a-t-il été vidé de la poche de la trousse d'administration de la pompe?
	NON ▶	Amorcez manuellement la tubulure; pour ce faire, placez la poche à l'envers, pressez délicatement la moitié inférieure de la poche tout en pinçant la tubulure de couleur bleu sarcelle, juste sous le symbole de la goutte «  ». Maintenez cette position jusqu'à ce que tout l'air soit sorti de la poche et de la tubulure. se libere todo el aire de la bolsa y la sonda.
	OUI ▶	Appuyez sur le bouton <b>PRIME (AMORCER)</b> et tenez-le enfoncé pour que l'air s'écoule de la tubulure et se rende au-delà de la cassette de la trousse d'administration de la pompe, puis poursuivez le cycle d'alimentation.  REMARQUE : si la pompe est munie de l'option d'auto-amorçage, consulter le manuel de l'utilisateur pour les informations.
▼ NON ▼		
La formule est-elle passée au mélangeur ou mélangée agressivement?	OUI ▶	Laissez reposer la formule pendant 10 à 15 minutes avant de préparer la trousse d'administration de la pompe pour l'alimentation. S'il y a de la mousse dans la tubulure, rincez-la en amorçant la trousse d'administration de la pompe manuellement ou au moyen de la pompe, puis poursuivez le cycle d'alimentation.
▼ NON ▼		
Des bulles d'air sont-elles emprisonnées dans la cassette?	OUI ▶	Retirez la tubulure de la pompe et amorcez manuellement la tubulure; pour ce faire, placez la poche à l'envers, pressez délicatement la moitié inférieure de la poche tout en pinçant la tubulure de couleur bleu sarcelle, juste sous le symbole de la goutte. Maintenez cette position jusqu'à ce que tout l'air ait traversé le segment de la tubulure de couleur bleu parcelle.
▼ NON ▼		
Le réglage du type d'aliment approprié sur la pompe a-t-il été sélectionné pour cette alimentation?	NON ▶	Arrêtez la pompe et changez de type d'aliment en appuyant sur la touche FOOD TYPE (TYPE D'ALIMENT) et sur + ou - pour passer du lait maternisé au lait maternel.
	OUI ▶	Si l'alarme se poursuit, Communiquez avec le service à la clientèle de Moog au 1 800 970-2337 pour obtenir de l'aide.
Alarme LOAD SET (REMPLISSAGE DE LA TUBULURE)		
La porte est-elle bien fermée?	NON/PAS SÛR ▶	Arrêtez la pompe. Retirez et réinstallez la cassette de la trousse d'administration. Assurez-vous que la porte est bien fermée, puis remettez la pompe en marche.
▼ OUI ▼		
La porte est-elle fendillée ou encore, la patte située sur le côté de la porte est-elle brisée?	OUI ▶	Si l'alarme se poursuit, Communiquez avec le service à la clientèle de Moog au 1 800 970-2337 pour commander une nouvelle porte.
	NON ▶	Si l'alarme se poursuit, Communiquez avec le service à la clientèle de Moog au 1 800 970-2337 pour obtenir de l'aide.
ER01 – ER99 Alarmes		
La porte de la pompe était-elle ouverte lors de la mise en marche ou du fonctionnement de la pompe?	OUI/PAS SÛR ▶	Arrêtez la pompe. Retirez et réinstallez la cassette de la trousse d'administration. Assurez-vous que la porte est bien fermée, puis remettez la pompe en marche.
	NON ▶	Si l'alarme se poursuit, Communiquez avec le service à la clientèle de Moog au 1 800 970-2337 pour obtenir de l'aide.



Parlez en direct avec un représentant clinique de Moog Clinical pour des questions sur la pompe et des conseils de dépannage 24 heures par jour, 7 jours par semaine.


Assistance aux cliniques et aux clients **800.970.2337**

Visitez [infinityfeedingpump.com](http://infinityfeedingpump.com) pour obtenir plus de renseignements

## Alarme NO FLOW IN ou NO FLOW OUT (PAS DE FLUX ENTRANT ou PAS DE FLUX SORTANT)

▶ **NO FLOW IN (PAS DE FLUX ENTRANT)** – blocage entre la trousse d'administration et la pompe

▶ **NO FLOW OUT (PAS DE FLUX SORTANT)** – blocage entre la pompe et le patient

La tubulure de la trousse d'administration est-elle pincée, tordue ou obstruée?	OUI ▶	Vérifiez que la tubulure du dispositif d'administration n'est pas coincée ou entortillée et poursuivez l'administration.
▼ NON ▼		
La patte située à l'intérieur de la porte est-elle cassée?	OUI ▶	Communiquez avec le service à la clientèle de Moog au 1 800 970-2337 pour commander une nouvelle porte.
▼ NON ▼		
La zone du capteur de pression du réceptacle de la cassette est-elle propre?	NON ▶	Nettoyez la zone du capteur de pression à l'aide d'un coton-tige, d'un chiffon doux ou d'une éponge humide, ou encore, nettoyez la pompe en entier en la passant sous le robinet d'eau. N'utilisez pas de matériaux abrasifs ni de produits chimiques durs.
▼ OUI ▼		
Y a-t-il des signes d'endommagement sur la zone des capteurs de pression?	OUI ▶	Communiquez avec le service à la clientèle de Moog au 1 800 970-2337 pour retourner la pompe afin de la faire réparer.
	NON ▶	<p>Déconnectez le dispositif d'administration du patient. Enfoncez la touche <b>RUN (LANCER)</b>. Si la pompe administre la nourriture et qu'aucune alarme ne se déclenche, vérifiez que le tube d'administration du patient n'est pas obstrué.</p> <p>Si l'alarme persiste, déconnectez le dispositif de la pompe, massez doucement le symbole de goutte «  », puis amorcez <u>manuellement</u> le dispositif jusqu'à ce que l'obstruction disparaisse et que la formule coule dans la tubulure. Remettez le dispositif en place et poursuivez l'administration.</p> <p><b>Si vous n'arrivez pas à faire couler la formule dans la tubulure ou que l'alarme persiste, communiquez avec le service à la clientèle de Moog au 800 970-2337 pour renvoyer la pompe et obtenir de l'assistance.</b></p> <p><i>*Remarque : N'utilisez pas la touche <b>PRIME (AMORCER)</b> pour faire cesser ces alarmes.</i></p>

## Problèmes de chargement

Le chargeur-adaptateur c.a. est-il bien branché dans la prise murale et la pompe fonctionne-t-elle correctement?	NON/PAS SÛR ▶	Vérifiez les connexions de la prise murale et de l'adaptateur de la pompe. Le voyant indicateur vert sur la fiche murale du chargeur devrait être allumé et le symbole de la fiche ainsi que les barres de défilement entre le « E » et le « F » de l'échelle de charge devraient apparaître sur l'écran de la pompe. Lorsque la pompe est complètement chargée, les barres cessent de défiler.
▼ OUI ▼		
La prise murale fonctionne-t-elle bien?	NON/PAS SÛR ▶	Branchez un autre appareil dans la prise pour vous assurer qu'elle fonctionne bien.
▼ OUI ▼		
L'adaptateur du chargeur semble-t-il endommagé?	OUI ▶	Communiquez avec le service à la clientèle de Moog au 1 800 970-2337 pour commander un nouveau chargeur.
▼ NON ▼		
Le port du chargeur semble-t-il endommagé? Les broches sont-elles courbées? Manque-t-il des broches?	OUI ▶	Communiquez avec le service à la clientèle de Moog au 1 800 970-2337 pour retourner la pompe afin de la faire réparer.
▼ NON ▼		
Le symbole de la batterie ainsi que le « E » et le « F » sur l'échelle de charge clignotent-ils?	OUI ▶	Communiquez avec le service à la clientèle de Moog au 1 800 970-2337 pour retourner la pompe afin de la faire réparer.
	NON ▶	