

إنذار NO FOOD (لا يوجد غذاء) - إذا كانت إعادة تحضير مجموعة توصيل المضخة المطلوبة، فيُنصح بفصل المهائئ المعوي عن أنبوب تغذية المريض أثناء إعادة التحضير.

هل كيس مجموعة التوصيل في المضخة فارغ؟	نعم	أعد ملء الكيس وأعد تحضير مجموعة التوصيل واستأنف التغذية.
هل يوجد هواء في الأنابيب؟	نعم	هل تمت إزالة الهواء من كيس مجموعة التوصيل في المضخة؟
	لا	قم بتحضير الأنابيب يدويًا عن طريق قلب قلب الكيس رأسًا على عقب، مع الضغط برفق على النصف السفلي من الكيس مع الضغط بأطراف الأصابع على الأنبوبة ذات اللون الأزرق المخضر أسفل رمز القطرة "0" مباشرة. حافظ على هذا الوضع حتى يتم إخراج كل الهواء من الكيس والأنابيب.
	نعم	اضغط مُطوِّلاً على مفتاح PRIME (التحضير) لتحريك الهواء داخل الأنبوب إلى ما بعد العليّة الخاصة بمجموعة توصيل المضخة واستأنف التغذية.
هل التركيبة الغذائية مُعدة في الخلاط أو مزوجة بقوة؟	نعم	اترك التركيبة جانبًا لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة قبل تحضير مجموعة توصيل المضخة للتغذية. في حالة وجود رغوة في الأنابيب، تخلص منها عن طريق تحضير مجموعة توصيل المضخة إما يدويًا أو بالمضخة واستأنف التغذية.
هل توجد فقاعات هواء عالقة داخل العليّة؟	نعم	أزل الأنابيب من المضخة ثم قم بتحضير الأنابيب يدويًا عن طريق قلب الكيس رأسًا على عقب، مع الضغط برفق على النصف السفلي من الكيس مع الضغط بأطراف الأصابع على الأنبوبة ذات اللون الأزرق المُخَضَّر أسفل رمز القطرة مباشرة. حافظ على هذا الوضع حتى يمر الهواء بالكامل عبر الجزء ذو اللون الأزرق المُخَضَّر من الأنبوب.
	لا	إذا استمر التنبيه، فاتصل بخدمة عملاء Moog على الرقم 800.970.2337 للحصول على المساعدة.

تنبيه LOAD SET (ضبط التحميل)

هل الباب مغلق بإحكام؟	لا/غير متأكد	أوقف تشغيل المضخة. أزل علبّة مجموعة التوصيل ثم ضعها في مكانها مرة أخرى. تأكد من إغلاق الباب بإحكام، ثم أعد تشغيل المضخة.
هل الباب به شقوق أو اللسان على جانب الباب مكسور؟	نعم	إذا استمر التنبيه، فاتصل بخدمة عملاء Moog على الرقم 800.970.2337 لطلب باب جديد.
	لا	إذا استمر التنبيه، فاتصل بخدمة عملاء Moog على الرقم 800.970.2337 للحصول على المساعدة.

تحدث مباشرة مع أحد ممثلي Moog عن الأسئلة المتعلقة بالمضخة والتوجيه الخاص باستكشاف الأخطاء وإصلاحها 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.

الدعم الطبي ودعم العملاء 800.970.2337

قم بزيارة infinityfeedingpump.com للحصول على معلومات إضافية



أوقف تشغيل المضخة. أزل عُلبيّة مجموعة التوصيل ثم ضعها في مكانها مرة أخرى. تأكد من إغلاق الباب بإحكام، ثم أعد تشغيل المضخة.	نعم/غير متأكد	هل كان باب المضخة مفتوحاً أثناء تشغيل المضخة أو أثناء عملها؟
إذا استمر التنبيه، فاتصل بخدمة عملاء Moog على الرقم 800.970.2337 للحصول على المساعدة.	لا	

NO FLOW IN (لا يوجد تدفق داخل) - انسداد بين مجموعة التوصيل والمضخة NO FLOW OUT (لا يوجد تدفق خارج) - انسداد بين المضخة والمريض	NO FLOW IN (لا يوجد تدفق داخل) NO FLOW OUT (لا يوجد تدفق خارج)
---	---

هل أنابيب مجموعة التوصيل مغطى عليها أو ملتوية أو مسدودة؟	نعم	افحص مجموعة التوصيل بحثاً عن عوائق أو التواء في الأنابيب. قم بتصحيح الانسداد واستأنف التغذية.
هل اللسان الموجود داخل الباب مكسور؟	نعم	اتصل بخدمة عملاء Moog على الرقم 800.970.2337 لطلب باب جديد.
هل منطقة مستشعر الضغط في وعاء العُلبيّة نظيفة؟	لا	نظف منطقة مستشعر الضغط بواسطة مسحة قطنية أو قطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنجة مبللة؛ أو اغسل المضخة بالكامل تحت الماء الجاري. لا تستخدم المواد الكاشطة أو المواد الكيميائية القاسية.
هل هناك علامات واضحة على تلف منطقة مستشعرات الضغط؟	نعم	اتصل بخدمة عملاء Moog على الرقم 800.970.2337 لإعادة المضخة للصيانة
	لا	الفصل عن المريض وملء مجموعة توصيل جديدة بالغذاء. قم بتحضير المجموعة وبدأ تشغيل المضخة. إذا استمر التنبيه، فاتصل بخدمة عملاء Moog على الرقم 800.970.2337 لإعادة المضخة للحصول على المساعدة.

مشاكل الشحن

هل تم توصيل شاحن محول التيار المتردد بمأخذ الحائط والمضخة بشكل صحيح؟	لا/غير متأكد	تحقق من التوصيلات الخاصة بكل من مقبس الحائط ومحول المضخة. يجب أن يضيء مصباح المؤشر الأخضر على قابس الشاحن الحائطي ويجب أن تحتوي شاشة المضخة على رمز مقبس مع قضبان E و F من مقياس الوقود. عند اكتمال شحن المضخة، تتوقف القضبان عن الحركة.
هل مأخذ التيار الكهربائي الموجود على الحائط يعمل بشكل صحيح؟	لا/غير متأكد	قم بتوصيل جهاز آخر بالمأخذ للتحقق من أن المأخذ يعمل بشكل صحيح.
هل يبدو أن محول الشاحن به أي تلف؟	نعم	اتصل بخدمة عملاء Moog على الرقم +1 800.970.2337 لطلب شاحن جديد
هل يبدو أن منفذ الشاحن به أي تلف بما في ذلك المسامير المثنية أو المقفودة؟	نعم	اتصل بخدمة عملاء Moog على الرقم +1 800.970.2337 لإعادة المضخة للصيانة.
هل يومض رمز البطارية و E و F لمقياس الوقود؟	نعم	اتصل بخدمة عملاء Moog على الرقم +1 800.970.2337 لإعادة المضخة للصيانة.
	لا	